

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถุงมือ Disposable จำนวน ๔ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

๑.๑ ถุงมือ Disposable Size L	จำนวน	๑๐๐	กล่อง
๑.๒ ถุงมือ Disposable Size M	จำนวน	๒,๒๐๐	กล่อง
๑.๓ ถุงมือ Disposable Size S	จำนวน	๒๐๐	กล่อง
๑.๔ ถุงมือ Disposable Size SS	จำนวน	๒๒,๐๐๐	กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นถุงมือยาง สำหรับใช้สวมมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย และผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ที่มีการผ่าตัด และรวมถึงการใช้สำหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่อาจปนเปื้อนด้วย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นถุงมือยางทำจากธรรมชาติ สามารถสวมใส่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ ต้องได้คุณภาพ มาตรฐานและข้อกำหนดของถุงมืออย่างสำหรับการตรวจโรค คมพ.๒-๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
- ๔.๒ เมื่อตรวจพินิจต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง ขอบถุงมือยางต้องไม่มีวนกลับขณะใช้งาน
- ๔.๓ สารที่ช่วยให้ลื่นในการสวมใส่ให้เป็นตาม USP ฉบับตีพิมพ์ครั้งล่าสุดในหัวข้อ ABSORBABLE DUSTING POWDER หรือสารอื่นที่สามารถพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ๔.๔ ผ่านการทดสอบการรั่วซึม
- ๔.๕ การเจือสี สีที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย
- ๔.๖ การแต่งกลิ่น กลิ่นที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและไม่ทำให้อายุการใช้งานของถุงมือยางลดลง
- ๔.๗ การบรรจุต้องบรรจุในภาชนะที่บแสง สะอาด หุ้มห่อมิดชิด ทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในภาวะปกติ
- ๔.๘ มีความหนาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ฝืดขาดง่าย ไม่รั่วซึม
- ๔.๙ ระบุวันหมดอายุ บนกล่องบรรจุ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง Size S, M, L จำนวน อย่างละ ๑ กล่อง โดยไม่เคยเปิดใช้มาก่อน

ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ