

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้ามจับมือถือสลายต่อกระจกแบบเชื่อมสลายต่อเคลื่อนที่ในแนวซ้าย - ขวา
และเคลื่อนที่เดินหน้า - ถอยหลัง จำนวน ๒ ชุด
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

ด้ามจับมือถือสลายต่อกระจกแบบเชื่อมสลายต่อเคลื่อนที่ในแนวซ้าย - ขวา และเคลื่อนที่เดินหน้า - ถอยหลัง
จำนวน ๒ ชุด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นด้ามจับมือถือสำหรับสลายเลนส์ต่อกระจก ใช้ประกอบเครื่องผ่าตัดต่อกระจกด้วยความถี่สูง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ สามารถนำมาึ่งฆ่าเชื้อได้ (AUTOCLAVABLE)

๔.๒ ใช้ความถี่ในช่วง ๓๐ kHz to ๖๐ kHz

๔.๓ ด้าม HANDPIECE สามารถต่อเข้ากับสาย IRRIGATION (สายน้ำเข้า) และสาย ASPIRATION (สายน้ำดูดออก)
ได้พอดี

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และต้องทำ
เครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) นวกร ช่างทอง	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ